

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**

**TERMO DE ADJUDICAÇÃO**

A Pregoeira do Município de São Gonçalo do Amarante/CE, no uso de suas atribuições legais, especialmente a que lhes confere o inciso XX do art. 4º, da Lei Nº. 10.520/02 e, considerando o cumprimento de todas as exigências do procedimento licitatório cujo objeto é a **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (AUTOCLAVE) VISANDO ATENDER A DEMANDA DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE. (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)**, resolve **ADJUDICAR**, o presente processo administrativo de licitação, na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 030.2021**, em favor do vencedor abaixo listado, de acordo com os termos do presente processo, conforme ata da sessão do pregão, o qual é considerado parte integrante e indissociável deste.

**FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA**, inscrita no CNPJ Nº. 05.455.385/0001-03, com endereço Rua BISMARCK SÁ, Nº 265, Precabura, Eusébio – CE, CEP: 61.760-000, E-MAIL:Comercial2@fortalmed.com.br, Telefone: (085) 3273-3786, com o valor global de **R\$ 61.628,80 (sessenta e um mil, seiscentos e vinte e oito reais e oitenta centavos)**, conforme itens abaixo relacionados.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE 21L / AUTOCLAVE MICROPROCESSADA E AUTOMÁTICA, CÂMARA REGULAR, HORIZONTAL, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 20 LITROS. COM USO DE CALOR ÚMIDO SOB PRESSÃO COM AGENTE ESTERILIZANTE GERADO NO PRÓPRIO EQUIPAMENTO E COM A POSSIBILIDADE DE SUA UTILIZAÇÃO SOBRE UMA BANCADA DE APOIO. A CÂMARA DEVERÁ SER CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-361 OU SUPERIOR. PORTA CONSTRUÍDA INTERNAMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-361 E EXTERNAMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304 OU SUPERIOR. DEVE PERMITIR A ESCOLHA DE CICLO, ENTRE: CICLOS PARA ESTERILIZAÇÃO À 120°C E CICLOS PARA ESTERILIZAÇÃO À 134°C COM EXAUSTÃO RÁPIDA.	ALT	10	4 435,20	44 352,00
2	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE 42L / AUTOCLAVE MICROPROCESSADA E AUTOMÁTICA, CÂMARA REGULAR, HORIZONTAL, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 42 LITROS. COM USO DE CALOR ÚMIDO SOB PRESSÃO COM AGENTE ESTERILIZANTE GERADO NO PRÓPRIO EQUIPAMENTO E COM A POSSIBILIDADE DE SUA UTILIZAÇÃO SOBRE UMA BANCADA DE APOIO. A CÂMARA DEVERÁ SER CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-361 OU SUPERIOR. PORTA CONSTRUÍDA INTERNAMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-361 E EXTERNAMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304 OU SUPERIOR. DEVE PERMITIR A ESCOLHA DE CICLO, ENTRE: CICLOS PARA ESTERILIZAÇÃO À 120°C E CICLOS PARA ESTERILIZAÇÃO À 134°C COM EXAUSTÃO RÁPIDA.	ALT	2	8 638,40	17 276,80
					<b>61 628,80</b>

São Gonçalo do Amarante/CE, 06 de julho de 2021.

  
**Maria Fabiola Alves Castro**

Pregoeira do Município de São Gonçalo do Amarante/CE